

Fodfeen
Lilian Bayard Jensen
Bankagervej 27, Ølsted
8723 Løsning

CERTIFIKAT

september 2018

Dyrkningsresultat:

Kundenr.: 12392

Vi har gennemført dyrkningen af 1 sæt sporeprøver, indlagt i
Deres *Melag 205* den 10. september 2018.

Resultatet blev for de 3 sporeprøver:

	plads	Ikke godkendt	godkendt
Placering	- 1: Øverst, bagerst	...	✓
Placering	- 2: Midt, i midten	...	✓
Placering	- 3: Nederst, yderst	...	✓

Sporene er dyrket i mindst 2*44 timer i næringssubstrat Tryptic Soy Broth.

Sterilisationen har været effektiv med en inaktiveringsfaktor på:

1 : 10^6 eller bedre overfor sporer af *Bacillus atrophaeus*, og

1 : 10^5 eller bedre overfor sporer af *Geobacillus stearothermophilus*.

og kan dermed godkendes. Denne test indgår i en løbende kontrol med
ovennævnte autoklave/sterilisator og udføres hver 6. måned.

Jyllinge, den 16. september 2018



Ulla Vedstesen, cand.brom