


# CERTIFIKAT

Hermed bekræftes, at udstyret med serienummer: 20162051086

til sterilisation er kontrolleret med biologiske indikatorer leveret af SSI Diagnostica A/S.

De indsendte biologiske indikatorer er dyrket i overensstemmelse med kravene i ISO 11138-3 / 11138-4, og kontrollen er godkendt.

Dato: 24 OKT. 2022



**Marion Krantoft**

Kvalitetsansvarlig biologiske indikatorer SSI Diagnostica A/S

---

**SSI Diagnostica A/S**  
Herredsvejen 2  
3400 Hillerød  
Danmark  
T 4829 9100

---

[ssidiagnostica.com](http://ssidiagnostica.com)